

单一来源采购专家论证结论表

采购单位	泉州师范学院化工与材料学院
项目名称	光阑和场发射灯丝更换服务项目
预算金额	99000 元
	热场发射灯丝主要由单晶钨尖端、氧化锆沉积层组成，需要配合三仓分离高真空技术才能发挥其高亮度、长寿命的特点。因为更换的光阑和场发射灯丝需要与设备型号保持一致性才可保证设备正常运转，复纳科学仪器（上海）有限公司作为飞纳电镜中国区的独家代理，为客户提供飞纳电镜的原厂配件。在中国区域内，也仅可以通过复纳科学仪器（上海）有限公司采购原厂配件。本次采购的光阑和场发射灯丝即用复纳科学仪器（上海）有限公司生产的，具有较高的分辨率。此外，甲方供应商能提供更全面的技术支持和维护服务，及时进行设备的更新培训，有利于用户更好地理解和使用电镜。
	因此，光阑和场发射灯丝只能从复纳科学仪器（上海）有限公司采购。本项目采购方式适用《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款“只能从唯一供应商处采购”的情形，故拟采用单一来源采购方式。

	综上，建议泉州师范学院化工与材料学院光阑和场发射灯丝采购项目拟采用单一来源采购方式，向复纳科学仪器（上海）有限公司（地址：上海市闵行区申滨路 88 号丽宝广场 T5 705 室）采购光阑和场发射灯丝。
专家签名	赵海霞 吴静婷 侯慧琳